

**ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2026 рік**

1. Найменування замовника: Броварська Стоматологічна Поліклініка

1.1. Місцезнаходження замовника: 07400 Київська обл. м. Бровари бульвар Незалежності 6.10

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 42754318

1.3. Категорія замовника - відповідно п.3 ч.1 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

1.4. Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 відповідно.

3. Конкретна назва предмета закупівлі:	4. Коди відповідних класифікаторів в предмета закупівлі (за наявності)	5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)	6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі	7. Процедура закупівлі	8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Компресор DUO Tandem з осушувачем (або еквівалент)	ДК 021:2015: 42120000-6	3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	315000,00	Відкриті торги з особливостями	08.04.2026

Уповноважена особа щодо здійснення процедур закупівель

Ольга ПРОТОПОПОВА

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником Компресор DUO Tandem з осушувачем (або еквівалент) за кодом ДК 021:2015 - 42120000-6 — Насоси та компресори**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, у порядку визначеному Особливостями.**

**Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-08-008045-a**

**Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Мета закупівлі**

- Забезпечення безперебійної роботи стоматологічних та лабораторних установок за рахунок стабільного постачання стисненого повітря.
- Підвищення якості технологічних процесів завдяки використанню компресора з осушувачем, що гарантує чистоту та сухість повітря.
- Зменшення ризику поломок обладнання та витрат на ремонт.

**Основні технічні характеристики (мінімальні вимоги)**

Продуктивність: **не менше 215–240 л/хв при 5 бар.**

Об'єм ресивера: **не менше 120 л.**

Рівень шуму: **не більше 75 дБ.**

Кількість головок: **не менше 4 шт.**

Потужність: **не менше 2,7 кВт.**

Напряга живлення: **230 В / 50 Гц, 1 фаза.**

Максимальний тиск: **8–10 бар.**

Час нагнітання до 7,5 бар: **не більше 4 хвилин.**

Габаритні розміри: **не більше 115 × 60 × 90 см.**

Наявність осушувача повітря.

**Економічна доцільність**

- Використання компресора дозволяє оптимізувати робочі процеси та забезпечити стабільну роботу обладнання.
- Зменшує витрати на обслуговування та ремонт стоматологічних установок.
- Підвищує продуктивність та якість кінцевих послуг.
- Відповідає сучасним вимогам енергоефективності та безпеки.

**Очікуваний результат**

- Забезпечення безперебійного постачання стисненого повітря для роботи обладнання.
- Підвищення рівня надання послуг та довговічності техніки.
- Відповідність вимогам тендерної документації та стандартам якості.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі: технічних вимог та обсягу потреби закладу визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, Ціну визначено за результатом проведення моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро» Очікувана вартість складає 315000 грн.00 коп. Закупівля проводиться за 20 % місцевого

бюджету Броварської міської територіальної громади та 80 % Кредитні кошти, надані Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»), з подальшим погашенням з місцевого бюджету відповідно до умов кредитного договору по КЕКВ 3210