

**ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2026 рік**

1. Найменування замовника: Броварська Стоматологічна Поліклініка

1.1. Місцезнаходження замовника: 07400 Київська обл. м. Бровари бульвар Незалежності 6.10

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 42754318

1.3. Категорія замовника - відповідно п.3 ч.1 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

1.4. Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 відповідно.

3. Конкретна назва предмета закупівлі:	4. Коди відповідних класифікаторів в предмета закупівлі (за наявності)	5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)	6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі	7. Процедура закупівлі	8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Високотемпературна піч для обробки кераміки, хрому і кобальту	ДК 021:2015: 42340000-1	3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	592000,00	Відкриті торги з особливостями	02.042.2026

Уповноважена особа щодо здійснення  
процедур закупівель

Ольга ПРОТОПОПОВА

## Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником Високотемпературна піч для обробки кераміки, хрому і кобальту ДК 021:2015: 42340000-1: Печі побутового призначення

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, у порядку визначеному Особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-04-02-006152-a

### Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі.

Забезпечення сучасного технологічного процесу виготовлення стоматологічних та технічних виробів із кераміки, хрому та кобальту.

Підвищення якості та довговічності продукції за рахунок точного контролю температури спікання.

Впровадження обладнання, що відповідає європейським стандартам безпеки та ефективності.

#### Технічні характеристики

Максимальна температура спікання: **1650 °C**

Режим роботи: **постійний**

Точність підтримання температури:  $\pm 1$  °C

Датчик у камері вимірює температуру поблизу виробу

Нагрівальні елементи: **MoSi<sub>2</sub>**

Номінальна напруга живлення: **220–230 В~**

Максимальна потужність: **3500 Вт**

Вага апарата: **64 кг**

Об'єм камери випалу: **2 лотки  $\varnothing 120$  мм × 30 мм**

#### Економічна доцільність

Використання печі дозволяє скоротити витрати на лабораторні послуги та забезпечити власне виробництво. Підвищує продуктивність та точність технологічного процесу.

Зменшує ризик браку та повторних витрат на виготовлення виробів.

Забезпечує оптимізацію робочого часу та ресурсів.

#### 5. Очікуваний результат

Впровадження сучасного обладнання для обробки стоматологічних матеріалів. Підвищення рівня надання послуг та якості кінцевої продукції.

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі: технічних вимог та обсягу потреби закладу визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, Ціну визначено за результатом проведення моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро» Очікувана вартість складає 592000 грн.00 коп. Закупівля проводиться за 20 % місцевого бюджету Броварської міської територіальної громади та 80 % Кредитні кошти, надані Акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України» (АТ «Укресімбанк»), з подальшим погашенням з місцевого бюджету відповідно до умов кредитного договору по КЕКВ 3210